



Subseção de Pregões DSAP DPGC <dsap.sspregoes@gmail.com>

Pregão Eletrônico N. 7/2017 - PMDF. Impugnação. Tiradentes Médico-Hospitalar.

4 mensagens

Licitações <licitacoes@tiradentesnet.com.br>

16 de outubro de 2017 às 17:49

Para: dsap.sspregoes@pm.df.gov.br

Cc: dsap.sspregoes@gmail.com, coordvendasbsb@tiradentesnet.com.br, gerlic@tiradentesnet.com.br, licitações@tiradentesnet.com.br

AO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS

SUBSEÇÃO DE PREGÕES

At.: Sr.(a) Pregoeiro(a).

E-mails: dsap.sspregoes@pm.df.gov.br / dsap.sspregoes@gmail.com**Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017 – PMDF**

Processo n. 054.002.059/2016.

Data de abertura: 19/10/2017.

Horário: 14 horas:

Objeto: Aquisição de material permanente, Aparelhos de Ecografia, em conformidade com as especificações e condições constantes do termo de referência de que trata o Anexo I do Edital.

Assunto: Impugnação ao Item 1 - APARELHO DE ECOGRAFIA.

A empresa Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda., inscrita no CNPJ n. 01.536.135/0002-10, com sede no SHCS Q. 202, Bl. C, Lj 28, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.232-535, vem, respeitosamente, IMPUGNAR o Edital do Pregão Eletrônico n. 7/2017 – PMDF, no que concerne a algumas características contidas no Item 1 – Aparelho de Ecografia. Sendo assim, para que possamos ofertar nosso equipamento, solicitamos:

“2-Possibilidade de upgrade de software e hardware para fusão de imagens volumétricas de CT, MR e PET-CT com ultrassom em tempo real, com sobreposição anatômica, para correlação de anatomia, patologia e monitoração de doença ao longo do tempo;”

> Pedimos alterar o subitem “2”: 2-Possibilidade de upgrade de software e hardware para fusão de imagens volumétricas de CT e MR com ultrassom em tempo real para correlação de anatomia, patologia e monitoração de doença ao longo do tempo.

* Nem todas as empresas permitem a sincronia de imagens de PET, o que não impede o perfeito funcionamento do Software com imagens de TC e RM que são as mais usuais com este software. Esta alteração permite um maior número de participantes do certame não interferindo na performance do equipamento ofertado. O Software de Fusão de imagens é um recurso que tem se mostrado de extrema importância principalmente na realização de exames de biópsias de próstata onde há correlação de imagens de ultrassom com ressonância magnética. Sua aplicação com PET ainda não foi tão difundida e tal solicitação restringe a participação de grandes competidores do pleito. Não interfere no desempenho do modelo a ser ofertado.

“13- Com painel de comando ergonômico que permita ajuste de altura e rotação, além de contar com teclado alfa numérico com iluminação indicadora de tecla ativa;”

>> Pedimos alterar o subitem “13”: 13- Com painel de comando ergonômico que permita ajuste de altura e/ou rotação, além de contar com teclado alfa numérico com iluminação indicadora de tecla ativa.

** A alteração visa equiparar possíveis concorrentes em recursos e tecnologias. Não interfere na qualidade de imagem ofertada.

“19- Com Frame Rate de no mínimo 2.000 (dois mil) frames por segundo;”

>>> Pedimos alterar o subitem “19”: 19- Com Frame Rate de no mínimo 1.000 (um mil) frames por segundo.

*** A alteração se faz necessária uma vez que limita participações e sua alteração não interferirá no desempenho do equipamento que, mesmo assim, terá um alto desempenho, enquadrando-se em equipamento de sua categoria.

Aguardamos parecer favorável e alterações na descrição do Item 1 Aparelho de Ecografia no Edital.



Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda.

Roberson Rodrigues de Oliveira – Coordenador de Vendas

Email: coordvendasbsb@tiradentesnet.com.br

Telefone: (61) 3225-1020.

Cel: (61) 99674-0052

VISITE NOSSO SITE: www.tiradentesnet.com.br



Livre de vírus. www.avast.com.

Subseção de Pregões DSAP DPGC <dsap.sspregoes@gmail.com>
Para: mdgibran101@gmail.com, barbarablancopmdf@gmail.com

16 de outubro de 2017 às 18:36

Agra e Barbara,

Segue abaixo pedido de impugnação à licitação do ultrassom. O nosso prazo de resposta é até amanhã.

Nos falamos,

Cap Guido.

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Licitacoes** <licitacoes@tiradentesnet.com.br>

Data: 16 de outubro de 2017 às 17:49

Assunto: Pregão Eletrônico N. 7/2017 - PMDF. Impugnação. Tiradentes Médico-Hospitalar.

Para: dsap.sspregoes@pm.df.gov.br

Cc: dsap.sspregoes@gmail.com, coordvendasbsb@tiradentesnet.com.br, gerlic@tiradentesnet.com.br, licitacoes@tiradentesnet.com.br

[Citação ocultada]

Barbara Blanco <barbarablancopmdf@gmail.com>

17 de outubro de 2017 às 17:00

Para: Subseção de Pregões DSAP DPGC <dsap.sspregoes@gmail.com>

AO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS
SUBSEÇÃO DE PREGÕES

Na qualidade de chefe do Centro Radiológico e em resposta à solicitação à impugnação à licitação do aparelho de ultrassom por parte da empresa Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda, venho por meio desta, respeitosamente, dar parecer favorável à impugnação do processo de licitação, por julgar procedente as solicitações por parte da empresa. Ressalto que as alterações destacadas irão ampliar as opções de compra de equipamentos sem perda na qualidade do material. Coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Cordialmente,

BARBARA de Alencar Eulálio Fernandes BLANCO
2 TEN QOPMS- PMDF
Matrícula 731289-X

[Citação ocultada]

17/10/2017

Gmail - Pregão Eletrônico N. 7/2017 - PMDF. Impugnação. Tiradentes Médico-Hospitalar.

Subseção de Pregões DSAP DPGC <dsap.sspregoes@gmail.com>

17 de outubro de 2017 às 17:01

Para: Barbara Blanco <barbarablancopmdf@gmail.com>

Mensagem recebida! Obrigado!

[Citação ocultada]